

**Комисија за јавну набавку**

**Свим потенцијалним понуђачима**

**Набавка број ЈНМВ 11/2019 - СТАКЛА, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ**

**ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА**

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, а за јавну набавку добара број ЈНМВ 11/2019 - Стакла, хемикалије, подлоге и пвц петри плоче, наручилац у року предвиђеном за подношење понуда даје додатна појашњења на постављена питања од стране потенцијалних понуђача:

**Питања потенцијалног понуђача 1:**

***PARTIJA 1***

1. stavka 27 – navedite duzinu tucka koji vam je potreban, i da li treba da bude glaziran ili neglaziran
2. stavka 29- da li se moze ponuditi vegglas 50x35 mm?
3. stavka 30 – molim da navedete dimenzije kvarcne kivete: duzina, sirina, visina, zapremina. Ili navedite proizvođaца ciju ste oznaku naveli u dokumentaciji UV J100-Q 10 mm
4. stavka 36 –da li mislite na boce sa staklenim cepom, široko grlo (prahovke) ili na boce sa navojem, plavi cep/
5. stavke 37 i 38 – da li mislite na aluminijumske ili gumene zapusace za epruvete?

**Одговори:**

- Одговор 1. Ставака 27 – Дужина тучка треба да износи 150 мм и треба бити глазиран.
- Одговор 2. Ставка 29 – Да, може се понудити „vegglas 50x35 mm“.
- Одговор 3. Ставка 30 - димензије кварцне кивете су 10x10x50 мм.
- Одговор 4. Да, мисли се на боце са стакленим чепом, широко грло (праховке).
- Одговор 5. Мисли се на алуминијумске запущаче за епрувете.

**Питања потенцијалног понуђача 2:**

***PARTIJA 1***

- stavke 1-9, 16, 22: određene laboratorijske posude (erlenmajeri, čaše, levci, boce) se ne proizvode s naznačenom klasom te Vas molimo da iz konkursne dokumentacije uklonite zahtev za specifikacijom - "A klasa"
- stavka 27: potrebno bliže definisati specifikacije artikla "porcelanski tučak za avan" - dimenzije, glaziran ili neglaziran?
- stavka 35: pojasniti - svetla ili tamna lab. boca?
- stavka 36: pojasniti – svetla ili tamna boca za uzorkovanje, sa navojnim plavim čepom GL 45?
- stavke 37-38: pojasniti da li se traže plastični, gumeni ili metalni zatvarači

***PARTIJA 4***

-navesti promer Petri ploča

**SVE PARTIJE**

Da li je obavezno priložiti tehničke specifikacije/list iz kataloga za svaki artikal posebno pri podnošenju ponude?

**Одговори:**

6. Ставке 1-9, 16, 22; Све лабораторијске посуде су у "А класи" осим Winkler боца.
7. Ставка 27 – Већ одговорено, дужина тучка треба да износи 150 мм и треба бити глазиран.
8. Ставка 35 – Светла лаб. боца са плавим чепом.
9. Ставка 36 – Већ одговорено, светла прах боца, широко грло, са шлифованим чепом.
10. Ставке 37-38 – Већ одговорено, траже се метални (алуминијумски) затварачи.

**ПАРТИЈА 4**

11. Петри плоча је димензија Ф90 мм.

**СВЕ ПАРТИЈЕ**

За све партије потребно је приложити „техничке спецификације / лист из каталога“.

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

- ◆ Наручилац ће питања и одговоре у вези конкурсне документације објавити на: порталу јавних набавки и
- ◆ интернет страници наручиоца.

У Зајечару,  
Дана: 26.07.2019.

Комисија за јавне набавке  
Синиша Радовановић