

Комисија за јавну набавку

Свим потенцијалним понуђачима

Набавка број ЈНМВ 11/2019 - СТАКЛА, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА БР. 2

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, а за јавну набавку добара број ЈНМВ 11/2019 - Стакла, хемикалије, подлоге и пвц петри плоче, наручилац у року предвиђеном за подношење понуда даје додатна појашњења на постављена питања од стране потенцијалних понуђача:

Питања потенцијалних понуђача:

PARTIJA 1-

1. Stavka 16 - posto ne postoji sud za uparavnje od 80 ml da li je odgovarajuće ponuditi sud za uparavanje ravno dno sa izlivom 90 ml
2. Stavka 22- da li je odgovarajuće ponuditi winkler boce 100-150ml posto se one na taj način označavaju
3. Stavka 16 – Da li se može ponuditi zdelica za isparavanje staklena, ravno dno, sa izlivom, dimenzija 80x45 mm, 90 ml (sto je standardna dimenzija kod većine proizvođača)?

Одговори:

- Одговор 1. Да, можете понудити суд за упаравање равно дно са изливом 90 мл.
- Одговор 2. Могу се понудити winkler боце 100-150 мл.
- Одговор 3. Да, можете понудити суд за упаравање равно дно са изливом димензија 80 x 45 мм, 90 мл.

Наручилац ће питања и одговоре у вези конкурсне документације објавити на:

- ◆ порталу јавних набавки и
- ◆ интернет страници наручиоца.

У Зајечару,
Дана: 01.08.2019.

Комисија за јавне набавке
Синиша Радовановић